



Oznaczenia:

- SZKA-4(O,N,A,V) – Strefowy zespół kontroli gazów medycznych z sygnalizatorem dla czterech gazów (O₂, N₂O, As, V)
- SZKA-3(O,A,V) – Strefowy zespół kontroli gazów medycznych z sygnalizatorem dla trzech gazów (O₂, As, V)
- SZKA-2(O,V) – Strefowy zespół kontroli gazów medycznych z sygnalizatorem dla dwóch gazów (O₂, V)
- NG4(O,N,A,V) – Sygnalizator gazów medycznych dla czterech gazów (O₂, N₂O, As, V)
- NG3(O,A,V) – Sygnalizator gazów medycznych dla trzech gazów (O₂, As, V)
- Z – Listwa zaciskowa



Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "GAZMED" s.c. Pracownia Projektowa w Krakowie			Numer dokumentacji P139/2005	
BRANŻA	GAzy medyczne	STADIUM	PBW Zamienny	
INWESTOR				
OBIEKT	Szpital Powiatowy w Pułtusku			
TREŚĆ	Sygnalizacja alarmowa gazów medycznych SCHEMAT POŁĄCZEŃ			BLOK "C"
PROJEKTANT	inż.J.Kotodziej UAN-upr.275/88	SPRAWDZIŁ	A.Paczyński BPP.Upr.336/79	DATA 08.2005r.
OPRACOWAŁ	inż.I.Werpachowski	SPRAWDZIŁ	Skala -	
KREŚLIŁ	M.Spatek	KIER.PRAC.	inż.W.Sęk	nr rysunku 7/7