

LIDER:



**ARMSA**  
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.  
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3  
tel. 022 566 47 75, fax. 0 22 843 83 31,  
e-mail: zawodowemazowsze@armsa.pl

PARTNER:



Powiat Pultuski  
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pultusk  
tel.: 23 692 12 66, fax.: 23 692 52 77  
e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

Pułtusk, 23 kwietnia 2014r.

WRP.042.9.6.2014

### ***Uczestnicy postępowania przetargowego***

dotyczy: *postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia pn.: wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w projekcie systemowym: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” Współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego*

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących pytań złożonych Wykonawców.

#### **Dot. Część 3 – zadanie 3 - pracownia mechaniczna**

##### **Poz. 4 młotki o różnej gramaturze**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał „młotek ślusarki z drewnianą rękojeścią, wzmacniany tuleją metalową, obuch wykonany ze stali węglowej: 500g, 600g, 800g, 1000g, 1200g, 1500g,”. Według naszej wiedzy, nie są obecnie produkowane młotki spełniające opis o gramaturze 1200g. Czy Zamawiający dopuści zamiast tego młotka, młotek o gramaturze 2000g?

*Tak, Zamawiający wymaga dostawy młotka o gramaturze 2000g, zamiast młotka o gramaturze 1200g.*

#### **Dot. Część 2 – zadanie 2 – pracownia ochrony środowiska**

##### **poz. 6 termostat komorowy**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga termostatu komorowego czy termostatu cieczowego TW-1?

*Zamawiający wymaga termostatu komorowego, tak jak w załączniku nr 2, zapisy dotyczące termostatu cieczowego ulegają wykreśleniu. ( jest to pomyłka Zamawiającego).*

Prosimy o sprawdzenie opisu parametrów dla termostatu.

*Dokonano sprawdzenia opisów technicznych, SIWZ podlega modyfikacji.*



LIDER:



**ARMSA**  
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.  
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3  
tel. 022 566 47 75, fax. 0 22 843 83 31,  
e-mail: [zawodowemazowsze@armsa.pl](mailto:zawodowemazowsze@armsa.pl)

PARTNER:



Powiat Pultuski  
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pultusk  
tel.: 23 692 12 66, fax.: 23 692 52 77  
e-mail: [sekretariat@powiatpultuski.pl](mailto:sekretariat@powiatpultuski.pl)

## **Poz. 8 suszarka elektryczna**

Czy Zamawiający dopuszcza suszarkę o pojemności 53 litry, do 220°C, z wymuszonym obiegiem powietrza, bez zegara czasu rzeczywistego, z ustawieniem czasu od 0 do 999,59 h?  
*Tak, zamawiający dopuszcza suszarkę o pojemności 53 litrów, do 220 stopni C z wymuszonym obiegiem powietrza, bez zegara czasu rzeczywistego, z ustawieniem czasu od 0 do 999,59h.*

## **Poz. 10 psychrometr**

Prosimy o sprecyzowanie, czy chodzi o urządzenie mechaniczne czy cyfrowe? Pierwsza część opisu wskazuje na klasyczne urządzenie mechaniczne z termometrami szklanymi, natomiast parametry wymagane w drugiej części wskazują na urządzenie z odczytem elektronicznym. Dla psychrometru mechanicznego wilgotność powietrza i punkt rosy muszą być odczytywane z tabel i nie są bezpośrednio wskazywane przez urządzenie.

*Zamawiający wymaga psychrometru elektronicznego. Dokonano sprawdzenia opisów technicznych, SIWZ podlega modyfikacji.*

**STAROSTA PULTUSKI**  
*/-/ Edward Marek Wroniewski*



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA WSPÓŁNOŚCI

**Mazowsze.**  
serce Polski

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

